

เครื่องวัดความชื้นข้าว	KETT PM-450(4502) รุ่นวัดข้าวเปลือก
หลักเกณฑ์การทำงาน :	ระบบ Dielectric Constant
ปริมาตรเมล็ดพืชทดสอบ:	240 มล.
โปรแกรมวัดความชื้น:	ข้าวเปลือก (9.0-35.0%)
ช่วงความชื้น:	9.0-35.0 %
ค่าความแม่นยำ:	คลาดเคลื่อนไม่เกิน $\pm 0.5\%$
ฟังก์ชันการทำงาน :	หาค่าเฉลี่ยอัตโนมัติสูงสุด 9 ครั้ง
อุณหภูมิในการทำงาน :	0 - 40 C
การแสดงผลข้อมูล:	จอLCDระบบจอดีจิตอล
กระแสไฟฟ้า:	แบตเตอรี่ 1.5 โวลต์ หรือถ่าน AA 4ก้อน
ขนาด :	สูง 215 x กว้าง 125 x ลึก 205 มม.
น้ำหนัก :	1.3 กิโลกรัม
อุปกรณ์อื่นๆ :	ถ้วยใส่เมล็ดพืชเพื่อทดสอบ, กรวย, แปรง, แบตเตอรี่ และคู่มือการใช้งานภาษาไทย
เอกสารสำคัญ :	Inspection Certificate(KETT ELECTRIC LABORATORY) ข้างเครื่องมีแผ่นสัญลักษณ์รับรอง(ตราครุฑ) จากสำนักชั่งตวงวัด กระทรวงพาณิชย์ หนังสือสำคัญแสดงการให้คำรับรองประจำเครื่องชั่งตวงวัด อนุญาตให้ใช้ซื้อขายข้าว ถูกต้องตามกฎหมาย